




Specifikationer

Model	Infrarød termometer FT38 / A200
Måleområde	Menneskekropstilstand: 32.042.9°C eller 89.6109.22°F Genstandstilstand: 099.9°C eller 32.0211.8°F
Mindste skala	0.1°C/°F
Nøjagtighed	32.035.9°C ±0.3°C / 36.039.0°C ±0.2°C / 39.142.9°C ±0.3°C
Lufttryk	86106Kpa
Lyde	Tændt og klar til brug: et kort bip Måling af kropstemperatur afsluttet: 1 langt bip, når det er lavere end 37.8°C eller 100°F 6 korte bip, når det er lige så højt eller højere end 37.8°C eller 100°F
Hukommelse	Systemfejl: 2 korte bip
Indikatorlys	25 i hukommelsestilstand Grønt lys for drift Grønt lys for kropstemperatur lavere end 37.8°C eller 100°F Rødt lys for kropstemperatur lige så højt eller højere end 37.8°C eller 100°F
Driftstemperatur	Temperatur: 10.040.0°C eller 50.0104.0°F
Opbevaringsmiljø	Fugtighed: 1595% RH Temperatur: -2555°C eller -13131.0°F
Auto sluk	Fugtighed: 1595% RH Ca. 30 sekunder efter ikke at have været i brug
Batteri	2x1,5V AAA Alkaline batteri
Størrelse	168x54x44 mm
Vægt	73g (uden batteri)

OVERENSSTEMMELSESESRKLÆRING


Hermed erklærer Hesdo, at Fysic produktet FT38 overholder direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU's overensstemmelseserklæring er tilgængelig på følgende internet-adresse: <http://DOC.hesdo.com/BC38-DOC.pdf>

Model: A200
Shenzhen Aeon Technology Co.,Ltd.
RM6H02, Block 27-29 Tianxia IC Industrial Park,
Majialong No.133 of Yiyuan road, Nantou Street
Nanshan District, Shenzhen, China.


Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffelstrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

CE 0123







Importeret af: Hesdo bv.
Aziëlaan 12, 5232BA
's-Hertogenbosch
The Netherlands



FYSIC
DK infrarød termometer FT38






4 Kropstilstand




* Lav feber. 37,8 – 38,4 C / feber: 38,5 eller højere


5 Genstandstilstand



6 Auto sluk



7 Temperatur °C/°F



8 Hukommelses-tilstand

